

TESTRAPPORT MANOMETER

Ordernummer : 182708
Opdrachtgever : Arentis
Ref. Opdrachtgever :
Vert. Opdrachtgever : Dhr. R. Melse

Testrapport : 182708-15
Afdeling:
Uw ordernr : 301044847-1
Testdatum : 14-12-2018

Fabricant gegevens manometer

Fabrikant toestel : Econosto
Type toestel : Bourdon
Serieno. toestel :

Schaalgrootte: 40 Bar
Manometer Nr.: 663400101
Klasse : 1,0

Onderzoek

De manometer is op een druk gebracht en op tien punten vergeleken met een gewaarmerkt toestel, door een Internationaal geaccrediteerde instantie (Belac accr.nr 004-CAL), dat een bekende en geldige herleidbaarheid heeft tot een erkende standaard.
Kallibratie toestel nummer: 008

Testresultaten

De metingen worden verricht op 10 verschillende punten op- en neergaand van de te kalibreren manometer afgerond op hele getallen.

Oplopend				Neergaand			
Meting	Manometer	Kallibratietoestel	Afwijking	Meting	Manometer	Kallibratietoestel	Afwijking
1	3	2,92	0,08	1	35	35	0
2	10	10,05	0,05	2	25	25	0
3	20	20,1	0,1	3	20	20	0
4	30	30	0	4	15	15,06	0,06
5	40	40	0	5	3	2,9	0,1

Maximaal toelaatbare afwijking : 0,40 Bar
Max.afwijking volgens testresultaten: 0,10 Bar

Manometer geldig tot: 14-12-2019

Jaarlijkse verlenging ☒
Half jaarlijkse verlenging ☐

Opmerkingen:

Hiermee verklaart ondergetekende(n) dat bovenstaande manometer geschikt is, volgens de door de fabrikant aangegeven klasse en gebruikscondities.

Acc. Inspectie
T. Faassen
14-12-2018

Getest door:
M. A. Alaked
14-12-2018

TMS TERNEUZEN B.V.
☐ Examined ☐ Witnessed
☒ Reviewed

TMS TERNEUZEN B.V.
Revisie afdeling
Innovatieweg 4 4542NH Hoek
Tel.: +31 115 696955

TMS